



Warszawa, 5 grudnia 2016 roku

A/ZP/SZP.251-45/16

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-45/16 na dostawę:

„Wyposażenia laboratorium seminologicznego zgodnie z założeniami utworzenia sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności w IMID”

Pytanie nr 1 – dot. części nr 1, poz. 13

Cieplarka opisana przez Zamawiającego w pakiecie 1, poz. 13 została wycofana z produkcji, dlatego też Wykonawca proponuje rozwiązanie alternatywne o parametrach jak poniżej:

- dedykowana na pojemniki z ejakulatem,
- brak przeszklonych drzwiczek
- zakres ustawienia temperatury: od +5/10 powyżej temp. otoczenia °C do +60 °C
- dokładność temperatury przy + 37 °C to =+/- 0,6 °C
- brak możliwości mocowania na ścianie
- wymiary zewnętrzne : 285 x 280x 335mm
- waga: 8,3 kg

Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o parametrach granicznych opisanych powyżej?

Odpowiedź nr 2

Tak, Zamawiający dopuszcza cieplarkę laboratoryjną o powyższych parametrach granicznych.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Aneta Kowalska-Kańka

Wyjaśnienia treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu 5 grudnia 2016 roku.