



Warszawa, 30 stycznia 2017 roku

A/ZP/SZP.251-2/17

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-2/17 na dostawę:

„Kolumn medycznych i lamp operacyjnych oraz zabiegowych”

Pytanie dot. części nr 1 (Kolumny)

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w związku z odpowiedzią na pytanie nr 21 z dnia 26 stycznia dopuści do zamiany między sobą miejsc montażu kolumn anestezjologicznych i chirurgicznych (laparoskopowych)?

Analizując wymagania z załącznika nr 6 można stwierdzić, że kolumna anestezjologiczna generuje o wiele mniejsze obciążenia niż kolumna chirurgiczna (laparoskopowa). Wydaje się, więc że informacja o miejscu montażu poszczególnych kolumn podania 26 stycznia jest oczywistą omyłką pisarską.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zapewni ze swojej strony wzmocnienie konstrukcji po stronie chirurgicznej tak, aby przenosiła ona obciążenie generowane przez kolumnę chirurgiczną(laparoskopową) opisaną w załączniku 6?

Odpowiedź

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 21 w Wyjaśnieniach treści SIWZ z dnia 26 stycznia 2017 roku oraz powyższe Zamawiający informuje, że zapewni ze swojej strony wzmocnienie konstrukcji kolumny anestezjologicznej i chirurgicznej tak, aby przenosiła ona obciążenie generowane przez kolumny opisane w Zał. nr 6 do SIWZ, część nr 1.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Grzegorz Szewczyk

Wyjaśnienia treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu 30 stycznia 2017 r.