



Warszawa, 28 czerwca 2017 roku

A/ZP/SZP.251-31/17

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-31/17 na dostawę:

„Rękawic”

W związku z omyłką pisarską Zamawiający informuje, że dokonuje sprostowania Wyjaśnień treści SWIZ, które zostały udzielone Wykonawcom w dniu 27 czerwca 2017 r. Zakres sprostowania dotyczy odpowiedzi udzielonej na następujące pytania:

Pytanie nr 25 dot. części 2, poz. 1-6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min. 260-285 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów. AQL $\leq 1,0$. Powierzchnia mikroteksturowana na całej powierzchni, zapewniająca dobrą chwytność. Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca nakładanie na suche i wilgotne dłonie. Grubość na dłoni min. $0,185 \pm 0,02$ mm, na mankiecie min. 0,145 mm. Poziom protein $< 10 \mu\text{g/g}$ potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta.

Odpowiedź nr 25

Zamawiający nie dopuszcza rękawic o długości min. 260-285 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów. AQL $\leq 1,0$. Powierzchnia mikroteksturowana na całej powierzchni, zapewniająca dobrą chwytność. Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca nakładanie na suche i wilgotne dłonie. Grubość na dłoni min. $0,185 \pm 0,02$ mm, na mankiecie min. 0,145 mm. Poziom protein $< 10 \mu\text{g/g}$ potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta.

Pytanie nr 28 dot. części 2, poz. 7-12.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic chirurgicznych antyalergicznymi, bezpudrowymi, półsyntetycznymi: lateksowo-nitrylowymi, trójwarstwowymi. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Grubość na palcu min. 0,21 mm, na dłoni min. 0,19 mm, na dłoni min. 0,16 mm. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65, opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.

Odpowiedź nr 28

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wysokiej klasy rękawic chirurgicznych antyalergicznym, bezpudrowym, półsyntetycznym: lateksowo-nitrylowym, trójwarstwowym. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Grubość na palcu min. 0,21 mm, na dłoni min. 0,19 mm, na dłoni min. 0,16 mm. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65, opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.

Pytanie nr 30 dot. części 2, poz. 13- 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic mikrochirurgicznych, lateksowych bezpudrowych o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej na całej powierzchni, zapewniającej dobrą chwytność. Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci ułatwiająca nakładanie na suche i wilgotne dłonie. Długość min. 280 mm. Grubość na mankiecie min. 0,12 mm. AQL $\leq 1,0$. Obniżony poziom protein $\leq 10 \mu\text{g/g}$ potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta.

Odpowiedź nr 30

Zamawiający nie dopuszcza wysokiej klasy rękawic mikrochirurgicznych, lateksowych bezpudrowych o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej na całej powierzchni, zapewniającej dobrą chwytność. Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci ułatwiająca nakładanie na suche i wilgotne dłonie. Długość min. 280 mm. Grubość na mankiecie min. 0,12 mm. AQL $\leq 1,0$. Obniżony poziom protein $\leq 10 \mu\text{g/g}$ potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta.

Pytanie nr 31 dot. części 2, poz. 13- 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawicy mikrochirurgicznej półsyntetycznej, lateksowo-nitrylowej trójwarstwowej, całkowicie syntetycznej na styku z dłonią użytkownika, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Grubość na dłoni i mankiecie $\geq 0,14$ mm. Posiadających zewnętrzną warstwę antypoślizgową, mankiet anatomicznie prosty z dodatkowym wzmocnieniem w postaci rolowania oraz widocznym systemem podłużnych i poprzecznych wzmocnień. AQL po zapakowaniu 0,65.

Odpowiedź nr 31

Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy rękawicy mikrochirurgicznej półsyntetycznej, lateksowo-nitrylowej trójwarstwowej, całkowicie syntetycznej na styku z dłonią użytkownika, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Grubość na dłoni i mankiecie $\geq 0,14$ mm. Posiadających zewnętrzną warstwę antypoślizgową, mankiet anatomicznie prosty z dodatkowym wzmocnieniem w postaci rolowania oraz widocznym systemem podłużnych i poprzecznych wzmocnień. AQL po zapakowaniu 0,65.

Pytanie nr 34 dot. części 4, poz. 5-7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających niski poziom protein $< 50 \mu\text{g/g}$ rękawicy, co zgodnie z dostępną literaturą fachową jest poziomem zapewniającym minimalne ryzyko wystąpienia objawów alergii na lateks.

Odpowiedź nr 34

Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic posiadających niski poziom protein $< 50 \mu\text{g/g}$ rękawicy, co zgodnie z dostępną literaturą fachową jest poziomem zapewniającym minimalne ryzyko wystąpienia objawów alergii na lateks.

Pytanie nr 35 dot. części 4, poz. 5-7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylizowanych tlenkiem etylenu.

Odpowiedź nr 35

Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice w komplecie sterylizowanych tlenkiem etylenu.

Pytanie nr 45 dot. części nr 4, poz. 8-13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycjach rękawic w opakowaniach zewnętrznych papier/papier wewnętrznie jednostronnie foliowany. Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż opakowania te spełniają wymagania normy EN 455 i gwarantują zachowanie sterylności do momentu otwarcia.

Odpowiedź nr 45

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w w/w pozycjach rękawic w opakowaniach zewnętrznych papier/papier wewnętrznie jednostronnie foliowany. Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż opakowania te spełniają wymagania normy EN 455 i gwarantują zachowanie sterylności do momentu otwarcia.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Justyna Michalak

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić otrzymanie niniejszego pisma, zgodnie z art. 18 ust. 2 przepisy przejściowe ustawy Prawo zamówień publicznych na e-mail: justyna.michalak@imid.med.pl

Sprostowanie do wyjaśnień treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu 28 czerwca 2017 r.