



Warszawa, 1 grudnia 2017 roku

A/ZP/SZP.251-63/17

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ II

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-63/17 na dostawę:

„Foteli ginekologicznych”

Pytanie nr 1 - dot. części nr 1 i 2 – Fotel ginekologiczny typ 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w przedmiotowym postępowaniu foteli ginekologicznych o parametrach i rozwiązaniach konstrukcyjnych spełniające poniższy opis?

- Fotel do badań ginekologicznych z elektryczną regulacją nachylenia segmentu pleców, podkolanników oraz wysokości
- Regulacja segmentu pleców i podkolanników elektryczna. Regulacja segmentu pleców powoduje synchroniczny ruch segmentu nóg w celu szybkiego wypoziomowania leża
- Fotel oparty na pojedynczej kolumnie, podstawa zabezpieczona tworzywową osłoną
- Zaokrąglony segment oparcia pleców, w celu zwiększenia komfortu pacjenta
- Długość leża: 1260 mm
- Szerokość leża 530 mm
- Długość całkowita wraz z podkolannikami 1500 mm
- Szerokość całkowita 700mm
- Segment pleców wyposażony w uchwyt na papierowy ręcznik
- Regulowana wysokość siedziska w pozycji siedzącej w zakresie 630mm do 1020mm
- Regulowana wysokość siedziska w pozycji leżącej w zakresie 610mm do 1000mm
- Regulacja nachylenia oparcia pleców w zakresie: $+20^{\circ}$ do $+75^{\circ}$ uzyskiwana elektrycznie
- Regulacje sterowane za pomocą:
 - sterownik nożny, przewodowy służący do regulacji wysokości oraz kąta nachylenia pleców
- Bezpieczne obciążenie robocze fotela 200kg
- Fotel przejezdny, podwójne koła z możliwością blokady
- Maksymalna waga fotela 85kg
- Bezszywowa tapicerka wykonana ze skaju. Grubość tapicerki 6cm. Możliwość wyboru koloru tapicerki.

Odpowiedź nr 1

Tak, Zamawiający dopuszcza w części nr 1 i 2 fotel ginekologiczny o powyższych parametrach.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Aneta Kowalska-Kańka

UWAGA:

Wyjaśnienia treści SIWZ II zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu 1 grudnia 2017 roku.